Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Almofada Anti Escaras Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referência: GT130006 Linha: Cadeira Cor: Azul Tipo de Artigo: Almofada Anti escaras Biopruf® Tamanho: Único Medida: 42x36 Código ISO[1]: ---- NPDM: V0803

FINALIDADE MÉDICA

Almofada Anti Escara Bio-Pruf® ajusta se à cadeira de rodas permitindo uma distribuição uniforme de pressões, mesmo durante a mobilidade do utente.
Dispositivo médico para alívio de dor/pressão sob escaras até Grau II na região sacrococcígea e perineal.

Instruções de Uso

O dispositivo não necessita de qualquer ação para utilização imediata.

COMPOSIÇÃO

CAPA 100% Poliéster	**Núcleo** Fibras siliconizadas

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto.	- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificar: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.	**Eliminação** Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO
- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	Avaliação de integridade da CAPA - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; Avaliação de integridade do NÚCLEO - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES Núcleo: ISO 845, 2439,1798,3386/1, ASTM D 3574, 1856,3385 Capa: ISO 811	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.

Instruções de Lavagem



É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.