Versão: 01_2019

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT180014

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 3939 Rio Tinto; Telefone: +351 220 739 702 www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Finalidade Médica	Indicado para utentes com ausência de postura e/ou equilíbrio.
Cor	Azul
Referência	GT180014
Dimensões	*Cinto* 69x19 cm Pélvico: 40 cm *Alças* - 4 cm *Fita Extensível* Máx 70 cm
Descrição	Cinto de Segurança estabilizador da pélvis com 3 pontos de fixação e ajuste. A fixação confortável do paciente à cadeira permite manter a pélvis junto ao encosto, prevenindo assim deslocações e deslizamentos.
Utilização	Utentes moderadamente agitados ou com comportamento agressivo; Protecção dos utentes restringindo movimentos evitando possíveis quedas da cadeira de rodas; Incremento de postura através de fixação da zona abdominal + pélvica á cadeira de rodas.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Poliéster Velur Fita: 100% Poliéster Molas: Plástico
Instruções de Limpeza	A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O Produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; - Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contra-Indicações	Contra-indicado em pacientes alérgicos a poliéster.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Certificações	UNE 20344.2004
Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. *Devoluções* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do Produto. *Avaliação de integridade da CAPA:* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 30 °



Não passar a ferro



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.