KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 – Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ESENTA™

Removedor de Adesivo Médico - 150 ml

Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray é um aerossol composto por uma mistura de líquidos 100% de silicone, que facilita a remoção atraumática de adesivos médicos, de pensos de feridas e de dispositivos médicos, reduzindo o trauma lacrimal e protegendo a pele da irritação.

O líquido é claro, incolor e não viscoso, de rápida evaporação, sem deixar qualquer resíduo.

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray deixa a pele suave e sedosa, preparada para a aplicação do penso ou do dispositivo médico seguinte.

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray encontra-se disponível em embalagens de 150 ml

Apresentação do Produto

O spray de 150 ml com tecnologia "bag-on-valve", contém uma mistura de silicone líquido de baixa viscosidade, o que faz com que se espalhe facilmente.

O líquido é transparente e incolor, de rápida evaporação após a utilização, deixando a pele limpa e sem resíduos.

Imagem



Informação geral da embalagem

1. Embalagem primária: recipiente de alumínio de 150 ml
2. Embalagem secundária: caixa de cartão dobrável; 1 recipiente/caixa

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por uma mistura de silicone à base de siloxanos:

- 99% de Hexametildisiloxano, HMDSO
- 1% de Octametiltrisiloxano

O produto não contém latex nem ftalatos na sua composição

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray, uma vez aplicado, reduz a aderência existente entre o adesivo e a pele, facilitando a remoção de adesivos médicos
- Reduz a erosão cutânea
- Não provoca ardor na pele, mesmo na presença de irritação
- Elevada volatilidade, evapora-se da pele em segundos sem deixar resíduos
- Provoca uma ligeira sensação de frio
- Deixa a pele hidratada, suave e sedosa, preparada para a aplicação do dispositivo seguinte
- Elevada capacidade de propagação
- Não é gorduroso
- Pode pulverizar-se a partir de qualquer ângulo

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação tópica fácil:

- Pulverizar Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml em torno do rebordo do adesivo e aguardar alguns segundos
- Remover o adesivo da pele, friccionando suavemente e ajudando com uma quantidade adicional de Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml, se necessário.
- O processo de secagem ocorre em alguns segundos. Uma vez seco, Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml não compromete a aderência de outros pensos ou dispositivos médicos.
- Pode pulverizar-se a partir de qualquer ângulo.

INDICAÇÕES

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml está indicado para a remoção atraumática de adesivos médicos, de pensos de feridas e de dispositivos.

convatec
— forever caring —

PRECAUÇÕES

- Evitar a utilização sobre superfícies cutâneas delicadas ou sensíveis (olhos, boca, ouvidos, nariz, vagina)
- Evitar a utilização direta no leito de feridas.
- Em caso de dúvida, testar o produto numa pequena área antes da utilização.
- Interromper a utilização em caso de irritação
- Evitar a inalação.
- Apenas para uso externo
- A esterilidade está garantida, a menos que a embalagem esteja danificada. Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver danificada e eliminar em conformidade com as normas de eliminação locais

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Armazenamento

Por se tratar de uma embalagem pressurizada, é altamente inflamável, pelo que requer condições de armazenamento específicas. É importante proteger da luz direta, do calor, de superfícies quentes e de outras fontes de ignição. Evitar a exposição a temperaturas superiores a 50°C. Guardar num local com boa ventilação.

Validade

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml tem um período de validade de dos anos a partir da data de fabrico.

Miscelânea

Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, Não Irritante em Spray de 150 ml é um Dispositivo Médico de Classe I-s, conforme a Regra 13 e está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 (RDM), que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Este produto cumpre com os requisitos de segurança biológica, conforme a Norma EN ISO 10993.

convatec
— forever caring —

APRESENTAÇÕES

Designação	Quantidade	REF	CNP	CDM
Esenta™ Removedor de Adesivo Médico, Estéril, em Spray	150 ml	423290	7249474	74591363

®/™ Esenta é uma marca da ConvaTec, Inc.

© 2022 ConvaTec Inc

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 – Piso 4,
1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec
— forever caring —