Ficha Técnica
Soro Fisiológico-Lavagem de Fossas Nasais

1. Tipo de Produto

Dispositivo Médico Classe I

2. Identificação do Produto

Soro Fisiológico

30 mL **60 mL** **100 mL** **500 mL**

3. Composição

Qualitativa	NºCAS	Quantitativa
NaCl - Cloreto de Sódio	7647-14-5	0,9 g
H_2O –Aqua Purificada	7732-18-5	100 cm^3

4. Preparador

Fabricante	AGA - Álcool e Géneros Alimentares, S.A.
Endereço	Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A 2685-338 . Prior Velho
Número de Telefone	21940 92 00 - 21940 92 40
Número de FAX	21940 92 60 - 21940 92 61
E-mail	info@aga.pt
Página de Internet	http://www.aga.pt
Número de Telefone de Urgência (CIAV)	800 250 250

5. Características Físicas

- Líquido
- Incolor
- Límpido

6. Especificação

DETERMINAÇÕES	MÉTODO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	x	Líquido
Cor	Visual	x	Incolor
pH	F.P.	x	5,0-7,0
Acidez ou alcalinidade	F.P.	mL HCℓ ou Na OH 0,01 M	≤ 0,5
Doseamento	F.P.	g/100 cm^3	0,9 ± 0,05%
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (MÉTODO F.P.)			
N.º de bactérias aeróbias viáveis totais		ufc/mL	≤ *200*
N.º de fungos e leveduras		ufc/mL	≤ *20*
Pseudomonas aeruginosa		X	Ausência
Staphylococcus aureus		X	Ausência

7. Aplicações

Lavagem das fossas nasais.
Evitar o efeito de sucção quando aplicar o produto nas fossas nasais, prevenindo assim a entrada do muco nasal na embalagem.

8. Precauções

O produto deve ser usado conforme indicações do rótulo: lavagem das fossas nasais/fluidificante de secreções nasais.

9. Conservação

- Manter o produto na embalagem original.
- Válido por 2 anos.
- Evitar temperaturas elevadas e exposição solar

10. Informação Bibliográfica

Farmacopeia Portuguesa
Classificação D.L. *145/2009 de 17 de Junho.*