rubbergold®

Saia para exame ginecológico em SMS azul

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

Cor: Azul-escuro opaco


Tamanho: Único

Dimensão: 150 (B) x 60 (A) ± 1 cm

Gramagem: 28 gr/m²

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Saia de uso único, com elástico e velcro para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. SMS opaco.



Referência: 11001

T.u.

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização pelo doente, no âmbito de procedimentos de ginecologia com a finalidade de assegurar ao doente uma proteção adequada contra eventual contaminação.

CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.
Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN 9001:2015.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA

Cartão com 180 unidades. Composto por 18 packs de 10 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA



RACLAC®
NEW GENERATION GLOVES
geral@raclac.pt
(+351) 252 916 497
Rua de Ribela nº600 4770-170 CRUZ Portugal
www.raclac.pt