Vliwaktiv®

Penso absorvente de carvão ativado, estéril

REF 20254, 20255

Novembro de 2023

1. Composição da forma de aplicação (produto)

O penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv® é constituído por:

- cobertura de não tecido: não tecido de via seca termoligado, de viscose e poliamida
- celulose: celulose ao sulfito branqueada sem cloro
- proteção do vestuário: polipropileno termoligado
- feltro de carvão ativado: matriz de carvão ativado agulhada com fibras de viscose
- adesivo termofusível: polímero sintético com resinas e ceras

Esta ficha técnica abrange os seguintes artigos:

REF	Descrição do produto	Característica
20254	Penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv®	10 x 10 cm, estéril
20255	Penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv®	10 x 20 cm, estéril

2. Composição / estrutura da embalagem

2.1 Embalagem primária / Embalagem unitária

1 unidade = 1 saqueta peel-off (celulose)

2.2 Embalagem de venda / Embalagem comercial

20 unidades = 1 caixa de cartão dobrável (celulose)

2.3 Embalagem de transporte

1 caixa de cartão canelado (celulose):

REF	Unidades	Caixas de venda
20254	400	20
20255	200	10

3. Fabrico

O penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv® é fabricado em condições higiénicas, de acordo com as diretrizes, e embalado em conformidade com a descrição da embalagem. O produto é esterilizado por calor húmido, em conformidade com a norma EN ISO 17665.

4. Descrição

O penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv® é um penso absorvente utilizado para absorver o exsudado.

5. Propriedades

- adsorve odores
- liga endotoxinas*
- elevada capacidade de absorção
- macio e flexível
- suave para a pele e respirável

*com base em dados in vitro

6. Finalidade prevista / aplicação

O penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv® é um penso absorvente para feridas que retém as substâncias contidas no exsudado absorvido da ferida.

7. Classificação

Os pensos absorventes de carvão ativado Vliwaktiv® são um dispositivo médico de classe Is, de acordo com a regra 4 (Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos, anexo IX).

8. Avaliação biológica e biocompatibilidade

A avaliação do risco biológico efetuada de acordo com a ISO 10933-1 confirma a segurança e a biocompatibilidade aceitável do penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv®, no âmbito da sua finalidade prevista.

9. Requisitos relativos à segurança/inocuidade dos componentes

Contém os seguintes componentes:

- de acordo com a informação do fornecedor, podem estar presentes substâncias de origem animal. Foi confirmado que estas não representam qualquer perigo.
- Conservantes
- tereftalato < 0,09%
- corante < 0,03%

10. Prazo de validade/estabilidade

Quando armazenado adequadamente (em local seco, protegido do pó e da luz solar), o penso absorvente de carvão ativado Vliwaktiv® tem um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico.

11. Eliminação

O utilizador deve cumprir toda a legislação, normas e orientações nacionais aplicáveis à eliminação de resíduos hospitalares.
Os requisitos nacionais relativos à eliminação dos materiais de embalagem devem também ser tidos em conta.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
assinado por
Peter Grillitsch
Diretor de Marketing Global